



**zimmer**

Le 21.12.12

À l'attention des : **Responsables mat rio-vigilance et chirurgiens utilisant le syst me  
De cages intersomatiques Ardis®**

Sujet : **Avis de S curit **  
**RAPPEL PRODUIT**

Produit concern  : **Syst me de cage intersomatique Ardis® -  
Porte implant Ardis r f : 3256-01**

Monsieur, Madame,

Zimmer Spine proc de   la correction volontaire du porte-implant (PEEK) Ardis®. Le porte-implant Ardis est un dispositif chirurgical utilis  pendant la chirurgie du rachis pour mettre en place la cage inter somatique PEEK Ardis. Les porte-implants sont rappel s car Zimmer Spine a re u des rapports de casse des implants de cage intersomatique PEEK Ardis en cas d'application de forces lat rales excessives et/ou d'un d salignement for c  du porte-implant au cours de l'insertion. Les r clamations per op ratoires re ues   ce jour indiquent un taux d'occurrence de 0,52 %. Aucune r clamation postop ratoire attribu e   une fracture de l'implant n'a  t  signal e.

Le syst me de cage intersomatique Ardis a commenc     tre commercialis  en juin 2008. Ce rappel concerne 315 porte-implants dans le monde.

Les chirurgiens et h pitaux utilisant des porte-implants Ardis (PEEK) doivent imm diatement arr ter de les utiliser et les renvoyer   Zimmer France. **Les interventions chirurgicales utilisant la cage inter somatique PEEK Ardis ne peuvent  tre r alis es selon la norme sans l'aide du porte-implant Ardis (PEEK).**

## **Risques**

Le risque le plus probable observ  est la rupture de l'implant qui peut imposer un retard chirurgical pouvant atteindre 60 minutes, n cessaires au retrait des fragments de l'implant au sein de l'anatomie du patient. La cons quence imm diate pour la sant  du patient peut  tre une prolongation de l'intervention requise par le retrait du ou des fragments du site chirurgical, entra nant un maintien prolong  du patient sous anesth sie. L'allongement potentiel de la dur e de l'intervention peut  galement exposer le patient aux risques standard inh rents   l'anesth sie g n rale.

Dans de rares cas, les fragments pourraient  tre laiss s dans l'anatomie du patient. M me si aucune r clamation postop ratoire n'a  t  re ue, on ne conn it pas les cons quences   long terme sur la sant  d'un fragment laiss  in vivo. La cage intersomatique est fabriqu e en PEEK, un mat riau consid r  comme biocompatible pour une implantation   long terme. Les fragments d'implant qui ne sont pas retir s pr sentent un risque de migration dans l'organisme qui peut  tre   l'origine de douleurs et conduire   une n cessaire intervention chirurgicale. Aucun rapport postop ratoire n'a  t  re u quant aux risques associ s   la migration de fragments.



**zimmer**

Le risque le plus défavorable observé est une lésion du patient associée à des déchirures dures per opératoires et une perte de sang. Les arêtes aiguës de l'implant rompu peuvent se trouver au contact de structures adjacentes et les endommager, ce qui rend nécessaire une intervention chirurgicale.

### Vos responsabilités

1. Veuillez immédiatement arrêter d'utiliser le porte-implant *Ardis* pour mettre en place les cages inter somatiques PEEK *Ardis*.

**Remarque : Il n'est pas possible de mettre en place la cage intersomatique PEEK *Ardis* selon la technique opératoire sans l'aide du porte-implant *Ardis*.**

2. Évaluez selon votre meilleur jugement médical l'état clinique de vos patients à qui vous avez précédemment posé une cage inter somatique PEEK *Ardis* selon les normes de surveillance postopératoire. Les décisions cliniques quant au traitement et au suivi des patients demeurent la responsabilité de l'équipe médicale.
3. N'hésitez pas à contacter votre représentant local Zimmer pour convenir du retour de tout porte-implant *Ardis* (PEEK) que vous pouvez avoir en votre possession.

Porte-implant dans le kit d'instruments <i>Ardis</i>	3256-01
---	---------

### Responsabilités et communication :

Lisez attentivement cette notification et n'hésitez pas à contacter votre représentant local Zimmer pour toute question supplémentaire ou consultez ce site Internet [www.PEEKArdis.Zimmer.com](http://www.PEEKArdis.Zimmer.com).

### Rapport de vigilance et information des autorités compétentes:

La Food and Drug Administration (FDA) des USA ainsi que l'autorité compétente française l'ANSM sont informées de cette notification volontaire.

Conformément au MEDDEV 2.12-1 Rév.7, il est indispensable de signaler toute réaction indésirable observée lors de l'utilisation des produits et/ou tout problème de qualité à l'autorité compétente française et /ou directement à Zimmer.

Nous vous remercions par avance de votre coopération. En cas de question, n'hésitez pas à contacter votre représentant Zimmer local.

Nadine Kleinclaus  
Business Unit Manager France

Nathalie Zimmer  
QARA Manager France



## ANNEXE 1

### NOTIFICATION DE RAPPEL D'UN DISPOSITIF

Systeme de cage intersomatique Ardis® - Porte implant Ardis réf : 3256-01

### CERTIFICAT DE RETOUR

Madame, Monsieur, cher client,

Notre système de traçabilité nous indique que votre établissement est utilisateur de ces dispositifs.

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce document, rempli, signé ainsi que les instruments concernés.

Veillez utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer le nombre de produits concernés dans votre hôpital.

Numéro de pièce	Numéro de lot	Quantité retournée

NOM de l'établissement : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

M/ Mme : \_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Signature:

**Merci de retourner par fax ce formulaire, complété et signé**  
**à l'attention de Mme ZIMMER Nathalie, QA/RA**  
**au 03 81 99 43 40**